



ALEXANDER WIEGAND SE & Co. KG



МАНОМЕТР ДЕФОРМАЦИОННЫЙ С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ СЕРИИ 1 (111.10.100)

ПАСПОРТ №
6181/06/09/12.24

1. Общие сведения

- 1.1. Манометр предназначен для измерения давления газообразных, жидких, не вязких, не кристаллизующихся, не агрессивных к деталям из медных сплавов сред.
- 1.2. Деформационный манометр с трубчатой пружиной серии 1 (111.10.100) выпускают по документации фирмы-изготовителя ТУ РМ 01.01.
- 1.3. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №15141-08 (Сертификат Госстандарта РФ об утверждении типа средств измерений № 34114 от 25.12.2008 г).
- 1.4. Изготовитель: фирма "ВИКА Александер Виганд SE и Ко. KG", Германия.

2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Диапазон показаний: 0...16 бар
- 2.2. Класс точности: 1,6 по EN 837-1/6
- 2.3. Присоединение: радиальное, резьба G1/2B
- 2.4. Размер квадрата под ключ, мм: 22 x 22
- 2.5. Масса, кг: 0,3
- 2.6. Условия эксплуатации:
 - температура окружающего воздуха -40...+60°C;
 - макс. температура изм. среды +150°C
- 2.7. Срок службы:
 - при плавно изменяющейся нагрузке в пределах 3/4 шкалы манометра длительный;
 - при динамической нагрузке в пределах 2/3 шкалы манометра длительный;
 - кратковременная нагрузка в пределах полной шкалы.

3. Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Прибор		
2. Паспорт	1	Партия манометров, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом.

4. Свидетельство о приемке

- 4.1. Прибор соответствует требованиям EN 837-1, ТУ РМ 01.01 и признан годным к эксплуатации. Контроль качества изготовления по ИСО 9001.

Отметка торгующей организации:

06.09.2012

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

В соответствии с протоколом о признании первичной поверки иностранных фирм, заключенным между Госстандартом РФ и "Wika Alexander Wiegand GmbH & Co, KG", Германия, знак, нанесенный на средство измерения, является поверительным клеймом. Срок действия клейма обусловлен межповерочным интервалом, в соответствии с "Сертификатом об утверждении типа средств измерения".



ALEXANDER WIEGAND SE & Co. KG



МАНОМЕТР ДЕФОРМАЦИОННЫЙ С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ СЕРИИ 1 (111.10.100)

ПАСПОРТ №
783022/11/10.5

1. Общие сведения

- 1.1. Манометр предназначен для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизующихся сред, не агрессивных к деталям из медных сплавов.
- 1.2. Деформационный манометр с трубчатой пружиной серии 1 (111.10.100) выпускают по документации фирмы-изготовителя ТУ РМ 01.01.
- 1.3. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №15141-08 (Сертификат Госстандарта РФ об утверждении типа средств измерений № 34114 от 25.12.2008 г).
- 1.4. Изготовитель: фирма "ВИКА Александер Виганд SE и Ко. KG", Германия.

2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Диапазон показаний: 0...25 бар
- 2.2. Класс точности: 1,6 по EN 837-1/6
- 2.3. Присоединение: радиальное, резьба G1/2B
- 2.4. Размер квадрата под ключ, мм: 22 x 22
- 2.5. Масса, кг: 0,3
- 2.6. Условия эксплуатации:
 - температура окружающего воздуха -40...+60°C;
 - макс. температура изм. среды +150°C
- 2.7. Срок службы:
 - при плавно изменяющейся нагрузке в пределах 3/4 шкалы манометра длительный;
 - при динамической нагрузке в пределах 2/3 шкалы манометра длительный;
 - кратковременная нагрузка в пределах полной шкалы.

3. Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Прибор		Партия манометров, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом.
2. Паспорт	1	

4. Свидетельство о приемке

- 4.1. Прибор соответствует требованиям EN 837-1, ТУ РМ 01.01 и признан годным к эксплуатации в соответствии с качеством изготовления по ИСО 9001.

Отметка торгующей организации

22.11.2010

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 24 месяца со дня отгрузки потребителю.

В соответствии с протоколом о признании первичной поверки иностранных фирм, заключенным между Госстандартом РФ и "Wika Alexander Wiegand GmbH & Co, KG", Германия, знак, нанесенный на средство измерения, является поверительным клеймом. Срок действия клейма обусловлен межповерочным интервалом, в соответствии с "Сертификатом об утверждении типа средств измерения".