

*Maunions Wila
\$160 \$100*



WIKAL

ALEXANDER WIEGAND GmbH & Co.

WIKAL

ПАСПОРТ

WIKAL

МАНОМЕТР ДЕФОРМАЦИОННЫЙ СТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ ТИП 1 (111.10.160)

П А С П О Р Т
№ A15501100.14 ПС

1. Общие сведения

- 1.1. Манометр предназначен для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизующихся сред, не агрессивных к деталям из медных сплавов.
- 1.2. Деформационный манометр с трубчатой пружиной тип 1 (111.10.160) выпускают по документации фирмы-изготовителя ТУ РМ 01.01.
- 1.3. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №15141-98 (Сертификат Госстандарта РФ об утверждении типа средств измерений № 5245 от 28.07.1998 г.).
- 1.4. Изготовитель: фирма "ВИКА Александр Виганд ГмбХ и Ко.", Германия.

2. Основные технические данные и характеристики

- 2.1. Диапазон показаний: 0...25 кгс/см²
- 2.2. Класс точности: 1,6 по EN 837-1
- 2.3. Присоединение: радиальное, резьба M20x1,5
- 2.4. Размер квадрата под ключ, мм: 22 x 22
- 2.5. Масса, кг: 0,85
- 2.6. Условия эксплуатации:
 - температура окружающего воздуха - 40...+60 °C;
 - макс. температура изм. среды +150;
 - атмосферное давление от 650 до 800 мм. рт. ст.
- 2.7. Срок службы:
 - при плавно изменяющейся нагрузке в пределах 3/4 шкалы манометра длительный;
 - при динамической нагрузке в пределах 2/3 шкалы манометра длительный;
 - кратковременная нагрузка в пределах полной шкалы.

3. Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Прибор	5	Партия манометров, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом.
2. Паспорт	1	
3. Копия сертификата	1	

4. Свидетельство о приемке

- 4.1. Прибор соответствует требованиям EN 837-1, EN 837-1/7.3, ТУ РМ 01.01 и признан годным к эксплуатации. Контроль качества изготовления по ИСО 9001.

Отметка торгующей организации:

29 НОЯ 2000



5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие манометра требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации манометра - 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.
- 5.3. Гарантийный срок хранения прибора - 6 месяцев со дня поступления потребителю.